



Final Test - Collaudo finale

☐ 01 Instrument <u>TPDR0</u> Apparecchio	☐ 02 Model <u>1100</u> Modello
☐ 03 Part Number <u>11540010</u> Codice	☐ 04 Serial Number <u>20130522</u> Matricola
☐ 05 Tested By <u>Paolo Pirella</u> Firma del collaudatore	☐ 06 Date <u>23-07-2013</u> Data

☒ Pneumatic External Leak Tests Controllo di tenuta esterna dei circuiti pneumatici ☒ Pneumatic Internal Leak Tests Controllo di tenuta interna dei circuiti pneumatici ☒ TCD Pneumatic Leak Tests Prova di tenuta pneumatica per il Rivelatore TCD ☒ Ballistic Temperature Increase and Forced Cooling Test Prova di salita balistica e di raffreddamento forzato ☒ Oven Temperature Control Controllo delle temperature del forno ☒ Temperature Programmed Test Controllo della linea di base a temperatura programmata ☒ Loop Calculation Calcolo del loop Reading - Valore rilevato <u>0.352 cc</u> ☒ Electronic Function Tests Controllo delle funzioni elettroniche ☐ Backup Battery Test Controllo della batteria tampone ☒ Inspection of Unit Paint Work Controllo delle parti verniciate	☐ Analytical Test with Reference Material Test analitico con campione di riferimento ☒ Earth Leakage Current Test Prova della corrente di dispersione Reading - Valore rilevato <u>68 mV</u> ☒ Functional Earth Terminal Test Prova di continuit� di terra Reading - Valore rilevato <u>0.06 �</u> ☒ Voltage Test Prova di tensione Result - Risultato <u>0.5 mA</u> ☐ Direct Current Supply Test Prova dell'alimentazione in corrente continua ☐ Safety System Control Prova dei sistemi di sicurezza ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____
--	---

CALIBRATION RECORD SHEET

DUT

Dev. Under Test:	1179B01312CS1BN	Range:	100 sccm N2
Serial Number:	G511531G20	Cal. Table No:	1
Cal. Date:	2013-02-25	Cal. Table Active:	x

Calibration

#	Dev. Under Test [sccm]	Flow Rate [sccm]	rel. Deviation [% of F.S.]
0	0.01	0.00	0.01
1	9.99	9.99	0.00
2	20.00	20.00	0.00
3	40.00	39.89	0.11
4	60.00	59.83	0.17
5	80.00	79.66	0.34
6	100.00	99.58	0.42

Calibration Conditions

Orientation:	vertical	Ambient Temp.:	23 °C
Calibration Gas:	N2	GCF:	1.00
Inlet Pressure:	2700 mbar		

Reference

Reference Unit:	1179D01312CM14V	QC check ID:	P-F5.0004
Serial Number:	G504014G20	QC ID expires:	2013-08-19
Calibration System:	MICROCAL F4	QC check ID:	P-F5
Serial Number:	0102030509	QC ID expires:	2013-08-28


In Tolerance: x

Out of Tolerance:

Process Date: 2013-02-25

As Found:

As Left:

Data by: 

This calibration was performed with a reference which was calibrated against DryCal ML-800 (traceable to NIST). The Device Under Test (DUT) was warmed and stabilized for the recommended time, specified by manufacturer, before check/adjustment to zero.

MKS Instruments Deutschland GmbH / Schatzbogen 43 / 81829 München / Tel: +49 89 420008-0

Document No.: FRM_QW40

Revision: 2011-01-17

CALIBRATION RECORD SHEET

DUT

Dev. Under Test:	1179B01312CS1BN	Range:	100 sccm N2
Serial Number:	G511530G20	Cal. Table No:	1
Cal. Date:	2013-02-25	Cal. Table Active:	x

Calibration

#	Dev. Under Test [sccm]	Flow Rate [sccm]	rel. Deviation [% of F.S.]
0	-0.01	0.00	-0.01
1	10.00	10.03	-0.03
2	20.00	19.96	0.04
3	40.00	40.15	-0.15
4	60.00	60.07	-0.07
5	80.00	79.85	0.14
6	100.00	99.79	0.21

Calibration Conditions

Orientation:	vertical	Ambient Temp.:	23 °C
Calibration Gas:	N2	GCF:	1.00
Inlet Pressure:	2700 mbar		

Reference

Reference Unit:	1179D01312CM14V	QC check ID:	P-F5.0004
Serial Number:	G504014G20	QC ID expires:	2013-08-19
Calibration System:	MICROCAL F4	QC check ID:	P-F5
Serial Number:	0102030509	QC ID expires:	2013-08-28

In Tolerance: x

Out of Tolerance:

Process Date: 2013-02-25

As Found:

As Left:

Data by: 

This calibration was performed with a reference which was calibrated against DryCal ML-800 (traceable to NIST). The Device Under Test (DUT) was warmed and stabilized for the recommended time, specified by manufacturer, before check/adjustment to zero.

MKS Instruments Deutschland GmbH / Schatzbogen 43 / 81829 Munchen / Tel: +49 89 420008-0

Document No.: FRM_QW40

Revision: 2011-01-17